

平成29年度原子力発電所周辺環境放射能測定結果報告書

(第3四半期)の修正について

下桶売局(いわき市)に設置されている感雨雪計について、基板の故障により平成29年10月22日以降、正常な測定が行われていなかったことが判明したことから、平成29年度第3四半期の下桶売局の感雨雪データを修正します。

○修正内容


下桶売局の感雨雪データについて、平成29年10月22日から平成29年12月31日までを欠測とします。

原子力発電所周辺環境放射能測定結果（平成29年度 第3四半期）
グラフ集（3ページ）

【変更後】

福島県環境放射線センター

空間線量率の変動グラフ
3 いわき市下桶売



* 1 感雨雪計故障により感雨雪欠測
* 2 12月26日は検出器点検のため欠測


【変更前】

福島県環境放射線センター

空間線量率の変動グラフ
3 いわき市下桶売

(nGy/h)

(感雨雪)
無
有



— 低線量率 (NaI)
— 高線量率 (IC)
— 感雨雪

* 1 12月26日は検出器点検のため欠測