

緊急時モニタリング検査結果について(福島県・きのこ)

放射性セシウム
25品中
100Bq/kgを超えるもの0品

No	場所	採取日時	試料の種類	検査結果		
				セシウム-134 Bq/kg	セシウム-137 Bq/kg	合算値 Bq/kg
1	会津若松市	R3.10.7	原木しいたけ(施設)	検出せず(<5.0)	3.77	3.8
2	相馬市	R3.10.7	原木しいたけ(施設)	検出せず(<5.6)	9.50	9.5
3	田村市	R3.10.7	原木しいたけ(施設)	検出せず(<5.3)	18.2	18
4	田村市	R3.10.7	原木しいたけ(施設)	検出せず(<3.6)	22.9	23
5	田村市	R3.10.7	原木しいたけ(施設)	検出せず(<4.6)	35.2	35
6	本宮市	R3.10.7	原木しいたけ(施設)	検出せず(<5.3)	検出せず(<4.1)	検出せず
7	本宮市	R3.10.7	原木しいたけ(施設)	検出せず(<4.6)	検出せず(<3.0)	検出せず
8	本宮市	R3.10.7	原木しいたけ(施設)	検出せず(<3.7)	6.07	6.1
9	白河市	R3.10.7	菌床しいたけ(施設)	検出せず(<4.2)	検出せず(<4.5)	検出せず
10	二本松市	R3.10.7	菌床しいたけ(施設)	検出せず(<3.2)	5.82	5.8
11	二本松市	R3.10.7	菌床しいたけ(施設)	検出せず(<3.9)	検出せず(<3.3)	検出せず
12	伊達市	R3.10.7	菌床しいたけ(施設)	検出せず(<4.3)	検出せず(<3.8)	検出せず
13	伊達市	R3.10.7	菌床しいたけ(施設)	検出せず(<3.2)	11.0	11
14	天栄村	R3.10.7	菌床しいたけ(施設)	検出せず(<5.4)	検出せず(<5.2)	検出せず
15	檜枝岐村	R3.10.7	原木なめこ(露地)	検出せず(<3.9)	検出せず(<3.1)	検出せず
16	北塩原村	R3.10.7	原木なめこ(露地)	検出せず(<3.9)	12.4	12

No	場所	採取日時	試料の種類	検査結果		
				セシウム-134 Bq/kg	セシウム-137 Bq/kg	合算値 Bq/kg
17	金山町	R3.10.7	原木なめこ(露地)	検出せず(<4.5)	5.60	5.6
18	伊達市	R3.10.7	菌床なめこ(施設)	検出せず(<3.7)	4.13	4.1
19	泉崎村	R3.10.7	菌床なめこ(施設)	検出せず(<3.9)	検出せず(<3.4)	検出せず
20	矢祭町	R3.10.7	菌床なめこ(施設)	検出せず(<3.8)	検出せず(<3.0)	検出せず
21	磐梯町	R3.10.7	原木ひらたけ(露地)	検出せず(<2.6)	検出せず(<2.0)	検出せず
22	伊達市	R3.10.7	菌床ひらたけ(施設)	検出せず(<3.7)	検出せず(<3.2)	検出せず
23	伊達市	R3.10.7	菌床ひらたけ(施設)	検出せず(<3.3)	検出せず(<4.0)	検出せず
24	磐梯町	R3.10.7	原木くりたけ(露地)	検出せず(<2.9)	17.7	18
25	柳津町	R3.10.7	マイタケ(腐生菌)	検出せず(<5.0)	7.65	7.7

食品衛生法における一般食品の基準値 セシウム:100Bq/kg(セシウム-134、セシウム-137の合算値)

※合算値:セシウム-134とセシウム-137の合算値については、有効数字2桁(上位から3桁目を四捨五入したもの)で記載しています。