

+

ロウボリウムエアサンプル

購入仕様書

令和6年1月

福 島 県

1 品名           ロウボリウムエアサンプラ

2 想定品  
    可変流量型ダストサンプラ TH-D5152

3 数量           8 式

4 納入期限      令和 6 年 3 月 29 日

5 納入場所      福島県田村郡三春町深作 10 番 2 号  
                  福島県環境創造センター

6 装置仕様

    本体寸法           幅 200×奥行 290×高さ 330mm 以下

    本体重量           約 10kg 以下

    設定流量範囲      20～120L/min

    捕集ろ紙           HE-40、TCP-20、CHC-50 外形φ60mm

    運転方式           タイマ運転停止機能（設定時間 1min～99h59min）

    電源スイッチ      シーソスイッチ方式

    使用温度           -5～40℃

    使用湿度           85%RH 以下（結露なきこと）

    電源               AC100V、10A

    付属品            CP-20 用アダプタ、HE-40T 用アダプタ

    規格              JIS Z 4601：2009 適合

7 提出書類

    次の書類を最終検収日まで提出すること。

    (1) 検査成績書      各 1 部

    (2) 取扱説明書      1 部

8 保証

    (1) 保証期間は、引き渡しの当日から 1 年間とする。

    (2) 保証期間内に設計または製造上の原因により発生した故障は、無償で交換または修理を行うものとする。

## 9 その他

- (1) 仕様書等に関する記載事項の解釈に疑義を生じ、あるいは、見解を異にする場合は、発注者の指示に従うものとする。ただし、仕様書等に定めのない事項等については、発注者と受注者間で協議することとする。
- (2) 運送・搬入に係る費用は受注者負担とする。
- (3) 本仕様書に記載のない事項であっても、本装置の構成機器に標準仕様として装備されるべきもの、装置の稼働、機能上当然必要と認められる装置及び付属品については、受注者がすべて実装する。