

水分活性測定装置

区分 設備

分類 環境試験機器類

メーカー アクセル社

型式 TH-500

仕様及び性能

温度設定範囲：0～50℃

Aw 測定範囲：0.03～1.00Aw

測定精度：±0.003Aw±0.3℃

センサー再現性：±0.002Aw（標準偏差）

※上記の仕様・性能は、カタログからの引用等ですので、実際に測定・試験ができる試料や測定物の種類・大きさ・形状等につきましては、担当職員までご確認ください。

用途 食品などの水分活性を測定する機械です。

導入年 2001年



料金 360円/時間

設置場所 会津若松技術支援センター

予約・連絡先 0242-39-2977（醸造・食品科）

備考 県外企業は料金が2倍となります。詳しくは担当職員までご確認ください。