

加工食品等の放射性物質検査結果について(福島県)

① 清涼飲料水(ミネラルウォーター類)

放射性セシウム
1品中
10Bq/kgを超えるもの0品

No	製造・加工場所	採取日	試料の種類	食品区分	測定結果		
					セシウム-134 (Bq/kg)	セシウム-137 (Bq/kg)	放射性セシウム 合算値(Bq/kg)
1	天栄村	R6.4.2	ボトルドウォーター	清涼飲料水	検出せず(<0.85)	検出せず(<0.76)	検出せず

食品衛生法におけるミネラルウォーター類の基準値を適用:セシウム:10Bq/kg(セシウム-134、セシウム-137の合算値)

② 一般食品

放射性セシウム
14品中
100Bq/kgを超えるもの0品

No	製造・加工場所	採取日	試料の種類	食品区分	測定結果		
					セシウム-134 (Bq/kg)	セシウム-137 (Bq/kg)	放射性セシウム 合算値(Bq/kg)
1	泉崎村	R6.4.9	きゅうり塩漬	塩蔵野菜	検出せず(<6.5)	検出せず(<5.7)	検出せず
2	西郷村	R6.4.9	こんにゃく	こんにゃく	検出せず(<8.2)	検出せず(<7.5)	検出せず
3	喜多方市	R6.4.8	切干し大根	乾燥野菜	検出せず(<2.3)	検出せず(<2.4)	検出せず
4	喜多方市	R6.4.8	切干し大根(ゆで)	乾燥野菜	検出せず(<3.3)	検出せず(<2.6)	検出せず
5	喜多方市	R6.4.8	干し菜	乾燥野菜	検出せず(<3.8)	検出せず(<2.2)	検出せず

6	喜多方市	R6.4.8	乾燥もち	もち類	検出せず(<8.4)	検出せず(<5.8)	検出せず
7	喜多方市	R6.4.8	切りもち	もち類	検出せず(<8.7)	検出せず(<6.6)	検出せず
8	喜多方市	R6.4.8	切りもち	もち類	検出せず(<8.8)	検出せず(<6.6)	検出せず
9	喜多方市	R6.4.8	切干し大根(ゆで)	乾燥野菜	検出せず(<2.9)	検出せず(<3.3)	検出せず
10	会津坂下町	R6.4.8	切干し大根	乾燥野菜	検出せず(<2.9)	検出せず(<2.7)	検出せず
11	会津美里町	R6.4.8	切干し大根	乾燥野菜	検出せず(<2.7)	検出せず(<2.7)	検出せず
12	南会津町	R6.4.8	切干し大根	乾燥野菜	検出せず(<3.2)	検出せず(<2.3)	検出せず
13	南会津町	R6.4.8	凍み大根	乾燥野菜	検出せず(<3.4)	検出せず(<2.4)	検出せず
14	相馬市	R6.4.5	あおさ	海藻加工品	検出せず(<8.3)	検出せず(<7.5)	検出せず

食品衛生法における一般食品の基準値を適用:セシウム:100Bq/kg(セシウム-134、セシウム-137の合算値)